



住院楼十楼碎石机



住院楼十三楼C臂机



住院楼四楼DSA机房大门（开门状态）



住院楼四楼DSA机房大门（关门状态）



医技楼一楼介入1室（开门状态）



医技楼一楼介入1室（关门状态）



医技楼一楼CT检查室1（开门状态）



医技楼一楼CT检查室1（关门状态）



医技楼一楼CT检查室2（开门状态）



医技楼一楼CT检查室2（关门状态）



医技楼一楼照片室（1）（开门状态）



医技楼一楼照片室（1）（关门状态）



医技楼一楼照片室（2）（开门状态）



医技楼一楼照片室（2）（关门状态）



医技大楼一楼透视胃肠室（1）（开门状态）



医技大楼一楼透视胃肠室（1）（关门状态）



门诊楼三楼口腔 CBCT 室（开门状态）



门诊楼三楼口腔 CBCT 室（关门状态）



住院楼十楼碎石室（开门状态）



住院楼十楼碎石室（关门状态）



住院楼十三楼手术室1（开门状态）



住院楼十三楼手术室1（关门状态）



住院楼十三楼手术室17（开门状态）



住院楼十三楼手术室17（关门状态）



住院楼十三楼手术室18（开门状态）



住院楼十三楼手术室18（关门状态）



住院楼四楼DSA机房防护用品



住院楼四楼DSA机房防护用品



住院楼四楼DSA机房防护用品



住院楼四楼DSA机房防护用品



医技楼一楼介入1室防护用品



医技楼一楼介入1室防护用品



医技楼一楼CT检查室1防护用品



医技楼一楼CT检查室2防护用品



医技楼一楼照片室（1）防护用品



医技楼一楼照片室 (2) 防护用品



医技大楼一楼透视胃肠室（1）防护用品



门诊楼三楼口腔CBCT室防护用品



住院楼十楼碎石室防护用品



住院楼十三楼手术室1、17、18防护用品

机房名称	使用人群	标准要求		建议配备情况		
		防护用品名称	铅当量mmPb	防护用品名称	铅当量mmPb	数量
住院楼四楼DSA机房	工作人员	介入防护手套	≥0.025	介入防护手套	0.025	1
	工作人员	异型围脖	≥0.5	大领铅橡胶颈套	0.5	6
医技楼一楼介入1室	成人受检者	铅橡胶性腺围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅橡胶性腺围裙	0.5	1
	儿童受检者	铅橡胶性腺围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅橡胶性腺围裙	0.5	1
	工作人员	铅防护眼镜	≥0.25	铅眼镜	0.5	2
		铅橡胶手套	≥0.025	介入防护手套	0.025	1
医技大楼一楼照片室(2)	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	防护巾	0.5	1
碎石室	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	防护巾	0.5	1
	陪检者	铅橡胶颈套	≥0.5	大领铅橡胶颈套	0.5	1
		铅衣	≥0.25	铅衣	0.35	1
住院楼十三楼手术室17	成人受检者	铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅围裙	0.5	1
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅围裙	0.5	1
住院楼十三楼手术室18	成人受检者	移动铅防护屏风	≥2	可调节窗口立位防护屏	2	1
		铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅围裙	0.5	1
	儿童受检者	铅橡胶性腺防护围裙(方形)或方巾	≥0.5	铅围裙	0.5	1
		铅橡胶颈套	≥0.5	铅围脖	0.5	1
	工作人员	铅橡胶围裙	≥0.25	铅橡胶围裙	0.5	3
		移动铅防护屏风	≥2	可调节窗口立位防护屏	2	1

采购审批表

中山大学附属第三医院·粤东医院
The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University·Yue Dong Hospital

二十万元以下设备申购审批表

申请科室: 医疗管理办公室 申报日期: 2021年7月5日

设备名称	铅衣 8套 铅围裙 14套 铅围裙 2套	经费来源	医院自筹	预算单价(元)	铅衣 4440 铅围裙 750 铅围裙 1600
		数量	24台/套	预算总价(元)	49220元

购置理由(请详述): 1. 发现门诊(CT机房)新购1套连体铅衣, 2件铅围裙。
2. 由于心导管室手术频繁, 防护用品旧损, 以及使用年限超过5年, 需更新。
3. 0.05mm当量铅衣, 2套连体铅衣, 2件铅围裙。
4. 由于心导管室手术频繁, 防护用品旧损, 以及使用年限超过5年, 需更新。
5. 由于心导管室手术频繁, 防护用品旧损, 以及使用年限超过5年, 需更新。

技术参数(请具体填写): 铅衣 8套(6套连体, 2套分体) 2件铅围裙 14件 铅围裙 2件

是否有专机专用试剂或耗材: 否

是否有安装和使用的条件: 是

申请科室意见(科室负责人签署): 同意购买。 2021.7.5

是否涉及新技术: 否

设备主管部门意见: 拟同意, 是否? 请院领导审批

设备主管院领导审批意见: 同意。 2021.7.9

院领导审批意见: 同意。 2021.7.9

注: 除申请科室意见外, 其余内容均需打印, 打印后不得随意涂改; 固定资产登记入库以表头填写的申请科室为准; 设备申请购置理由将作为设备将来效益分析的依据; 技术参数将作为购置设备的关键性指标, 请谨慎填写。

科室经办人: 电话:

采购审批表