

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：



填表人（签字）：

Handwritten signature of the person filling out the form.

项目经办人（签字）：

Handwritten signature of the project officer.

建设项目	项目名称		深圳市龙岗区妇幼保健院				项目代码				建设地点		深圳市龙岗区龙城街道中心城爱龙路6号		
	行业类别（分类管理名录）		核技术利用建设项目				建设性质		☐ 新建 ☒ 改扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度				
	设计生产能力		数字化X射线透视摄影系统(型号:Ultimax-iDREX-UI80, 最大管电压:150kV, 最大管电流:1000mA)增加介入功能				实际生产能力		数字化X射线透视摄影系统(型号:Ultimax-iDREX-UI80, 最大管电压:150kV, 最大管电流:1000mA)增加介入功能		环评单位		广东智环创新环境科技有限公司		
	环评文件审批机关		广东省生态环境厅				审批文号		粤环审〔2022〕9009号		环评文件类型		报告表		
	开工日期		2022年7月				竣工日期		2022年8月		排污许可证申领时间				
	环保设施设计单位		/				环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号				
	验收单位		深圳市龙岗区妇幼保健院				环保设施监测单位		深圳市瑞达检测技术有限公司		验收监测时工况		摄影:120kV, 100mA, 200ms 透视:105kV, 2.5mA		
	投资总概算(万元)		30				环保投资总概算(万元)		15		所占比例(%)		50		
	实际总投资		30				实际环保投资(万元)		15		所占比例(%)		50		
	废水治理(万元)		废气治理(万元)		噪声治理(万元)		固体废物治理(万元)				绿化及生态(万元)		其他(万元)		
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力				年平均工作时					
运营单位		深圳市龙岗区妇幼保健院				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)				12440307G348135325		验收时间			
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水														
	化学需氧量														
	氨氮														
	石油类														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
	工业固体废物														
	与项目有关的其他特征污染物	工作人员辐射剂量 mSv/a										<5			
	公众辐射剂量 mSv/a										<0.25				

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升