

附件 1 营业执照



营业执照

统一社会信用代码 91440300359391271W

名 称

深海精密科技（深圳）有限公司

主 体 类 型

有限责任公司

住 所

深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元

法 定 代 表 人

王鹏

成 立 日 期

2015年12月01日

重 要 提 示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场监督管理局商事主体信用信息平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。

3、各类商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关



2015 年 12 月 01 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 2 辐射安全许可证



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称： 深海精密科技（深圳）有限公司

地 址： 广东省深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元

法定代表人： 吴元

种类和范围： 生产、销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

证书编号： 粤环辐证[04732]

有效期至： 2026 年 03 月 03 日



发证机关： 广东省生态环境厅

发证日期： 2021 年 03 月 04 日



中华人民共和国生态环境部制

动种类和范围
(三) 射线装置

证书编号: 粤环辐证[04732]

[illegible]

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称	深圳精密科技（深圳）有限公司			
地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元			
法定代表人	吴元	电话	15926129313	
证件类型	身份证	号码	410702198101010018	
涉源部门	名称	地址	负责人	
	测试部门		广东省深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元 吴元	
种类和范围	生产、销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。			
许可证条件				
证书编号	粤环辐证[04732]			
有效期至	2026	年	03	月
发证日期	2021	年	03	月

广东省生态环境厅

粤环审〔2020〕52 号

广东省生态环境厅关于深海精密科技（深圳） 有限公司核技术利用改扩建项目 环境影响报告表的批复

深海精密科技（深圳）有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号 19DLFSHP006（T））等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位位于深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B3-4A1 单元。本项目内容为：研发生产、销售和使用（对用户单位安装、调试和维护）工业 X 射线 CT 机，包括：

— 1 —

(一) 研发生产工业 X 射线 CT 机, 并对公司原有许可的移动式 C 形臂 X 射线机调试机房进行改建, 用于本项目生产过程的设备调试。该工业 X 射线 CT 机包括 SH-CT160 型小焦点工业 CT (最大年生产量为 40 台, 属 II 类射线装置) 以及 SH-CT90 型微焦点工业 CT (最大年生产量为 5 台, 属 II 类射线装置) 两种类型。

(二) 对生产的 SH-CT160 型小焦点工业 CT 以及 SH-CT90 型微焦点工业 CT 进行销售, 并负责用户单位的安装、调试以及现场教学指导。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审, 出具的评估意见认为, 报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容, 以及提出的辐射安全防护措施合理可行, 环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施, 加强日常监测, 确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年, 公众年有效剂量约束值低于 0.25 毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后, 你单位应按规定的程序向我厅重新申请辐射安全许可证。

— 2 —

五、项目的环境保护日常监督管理工作由深圳市生态环境局负责。



深圳市人居环境委员会

关于深海精密科技（深圳）有限公司竣工环境保护验收 的决定书

深环验收[2016]3046号

（项目编号：201644031300001）

深海精密科技（深圳）有限公司：

你单位报来的《核技术利用建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》及《辐射防护监测报告》收悉，我委对该项目进行了竣工环境保护现场检查及验收，并将该项目环境保护执行情况进行公示。现提出验收意见如下：

一、验收项目基本情况

申请验收的项目为生产、销售一种型号医用 X 射线诊断机,型号为 SHD-01A 型移动式 C 型臂 X 射线机，环保分类属Ⅲ类射线装置。位于深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商光明科技园 B3-4A1 单元内。

二、验收结论

该项目环保审批手续齐全，基本落实了建设项目环境影响审查批复和《核技术应用项目环境影响登记表》所提出的环境保护措施。根据报告号 SZRD2016FH0382《辐射防护检测报告》的结果分析，其周围环境辐射剂量水平符合 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定，依据国家环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第十七条规定，同意通过环境保护验收。

三、项目投入运行后应做好以下工作

（一）严格执行国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及环保部《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定；

(二) 运营单位每年应定期委托有辐射环境检测资质的机构对该项目防护设施进行检测，同时向监管部门提交辐射防护状况年度自我评估报告和检测报告；

(三) 定期进行个人剂量监测并建立个人剂量档案；

(四) 定期对辐射工作人员的辐射防护知识培训，提高辐射防护意识；

(五) 项目许可有效期满、项目扩项或退役、名称变更等要向监管部门重新申报；

(六) 该项目运营期的环境保护监管工作由深圳市人居环境委员会核与辐射管理中心负责。



建设项目环境影响登记表

填报日期：2020-04-01

项目名称	深海精密科技（深圳）有限公司生产、销售、使用III类射线装置		
建设地点	广东省深圳市光明区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元	营业面积(m²)	1000
建设单位	深海精密科技（深圳）有限公司	法定代表人或者主要负责人	吴元
联系人	王敏	联系电话	17665246179
项目投资(万元)	500	环保投资(万元)	3
拟投入生产运营日期	2020-04-30		
建设性质	扩建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第191 核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置）项中销售 I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类放射源的；使用 IV 类、V 类放射源的；医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的；销售非密封放射性物质的；销售 II 类射线装置的；生产、销售、使用 III 类射线装置的。		
建设内容及规模	一、建设内容 生产、销售、使用射线项目，新建调试机房，射线装置生产期间，在本公司调试车间进行调试，合格后出厂销售；射线装置销售后，由公司人员在客户使用处进行安装调试。 二、建设规模 生产规模如下： 1、Asacone 型移动式C形臂X射线机（最大管电压 125kV，最大管电流 300mA，产量 20 台/年）； 2、DeepSea 型X射线机（最大管电压 130kV，最大管电流 500mA，产量 30 台/年）。 调试机房（测试车间）具体位置：深圳市光明区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3-4A1单元深海精密科技有限公司内		

主要环境影响	辐射环境影响	环保措施： 一、污染防治措施1、辐射屏蔽措施：公司老设备和新增设备均已采取了必要的防护措施，设置专用调试机房。2、警示标识：现有设备均安装有工作指示灯，在工作场所已张贴电离辐射警告标志及其中文警示说明。3、防护用品和监测仪器：公司已为所有辐射工作人员配备个人剂量计，并配备剂量监测仪器。二、安全管理措施1、专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度：操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、2人参加辐射安全和防护知识培训。
承诺： 深海精密科技（深圳）有限公司吴元承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由深海精密科技（深圳）有限公司吴元承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字：		
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202044030900000026。		