

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：东莞市松山湖中心医院

填表人（签字）：[Signature]

项目经办人（签字）：[Signature]

建设项目	项目名称		东莞市松山湖中心医院扩建 DSA 手术室项目				项目代码		建设地点		东莞市石龙镇黄洲祥龙路 1 号		
	行业类别（分类管理名录）						建设性质		☐ 新建 ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度		
	设计生产能力		扩建项目地址位于东莞市石龙镇黄洲祥龙路 1 号东莞市松山湖中心医院内。项目内容为：在新建的心血管病诊疗中心大楼一层北侧建设 2 间介入手术室，并在各介入手术室内分别安装使用 1 台数字减影血管造影装置（最大管电压均为 125 千伏，最大管电流分别为 1250 毫安、1000 毫安；均属于 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。同时，在心血管病诊疗中心大楼四层建设 1 间复合手术室，并在该复合手术室内安装使用 1 台数字减影血管造影装置（最大管电压为 125 千伏，最大管电流为 1250 毫安，属于 II 类射线装置），搭配安装使用 1 台滑轨 CT（最大管电压为 140 千伏，最大管电流为 800 毫安，属于 III 类射线装置）开展复合手术；滑轨 CT 通过轨道滑行至手术床旁开展影像诊断，复合手术期间 DSA 与 CT 不同时出束，滑轨 CT 不使用时存放在复合手术室西北侧。				实际生产能力		扩建项目地址位于东莞市石龙镇黄洲祥龙路 1 号东莞市松山湖中心医院内。项目内容为：在心血管病诊疗中心大楼一层北侧建设 2 间介入手术室，并在各介入手术室内分别安装使用 1 台医用血管造影 X 射线机（最大管电压均为 125 千伏，最大管电流均为 1000 毫安；均属于 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。同时，在心血管病诊疗中心大楼四层建设 1 间复合手术室，并在该复合手术室内安装使用 1 台医用血管造影 X 射线机（最大管电压为 125 千伏，最大管电流为 1000 毫安，属于 II 类射线装置），该设备同时具备 DSA 功能和 CBCT 功能，可以满足手术中的减影需求和 CT 扫描需求。		环评单位 广州星环科技有限公司		
	环评文件审批机关		广东省生态环境厅				审批文号		粤环审〔2021〕139 号		环评文件类型 报告表		
	开工日期		2023 年 04 月				竣工日期		2023 年 04 月		排污许可证申领时间		
	环保设施设计单位						环保设施施工单位				本工程排污许可证编号		
	验收单位						环保设施监测单位		深圳市瑞达检测技术有限公司		验收监测时工况		
	投资总概算（万元）		3000				环保投资总概算（万元）		100		所占比例（%） 3.33		
	实际总投资		3000				实际环保投资（万元）		100		所占比例（%） 3.33		
	废水治理（万元）		废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固体废物治理（万元）		绿化及生态（万元）		其他（万元）		
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力				年平均工作时			
运营单位		东莞市松山湖中心医院				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		12441900457231693A		验收时间 2023 年 12 月			
污染物排放达与总量控制（工业建设项目填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	与项目有关的其他特征污染物	工作人员职业照射									<5 mSv/a		
		公众照射									<0.25 mSv/a		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升