

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章） 深圳市龙岗中心医院

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		深圳市龙岗中心医院数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目				项目代码				建设地点		深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道 6082 号	
	行业类别（分类管理名录）						建设性质		☐ 新建 ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度			
	设计生产能力		扩建项目位于深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道 6082 号。拟在门诊外科楼一楼东北侧建设一间 DSA 手术室，并新购一台单球管数字减影血管造影装置（DSA），最大管电压为 125kV，最大管电流为 1250mA，主要用于开展介入手术。本项目 DSA 属于 II 类射线装置。				实际生产能力		扩建项目位于深圳市龙岗区龙岗街道龙岗大道 6082 号。在门诊外科楼一楼东北侧建设一间急救 DSA 室（DSA 三室），并新购一台单球管医用血管造影 X 射线系统（DSA），最大管电压为 125kV，最大管电流为 813mA，主要用于介入手术中的放射诊疗。本项目 DSA 属于 II 类射线装置。		环评单位		深圳市瑞达检测技术有限公司	
	环评文件审批机关		广东省生态环境厅				审批文号		粤环深审（2024）7 号		环评文件类型		报告表	
	开工日期		2024 年 06 月				竣工日期		2024 年 08 月		排污许可证申领时间			
	环保设施设计单位		中鸿亿博集团有限公司				环保设施施工单位		山东信尔诚辐射防护工程有限公司		本工程排污许可证编号			
	验收单位		深圳市龙岗中心医院				环保设施监测单位		深圳市瑞达检测技术有限公司		验收监测时工况		89kV，18.9mA	
	投资总概算（万元）		1000				环保投资总概算（万元）		50		所占比例（%）		5	
	实际总投资		1418				实际环保投资（万元）		100		所占比例（%）		7	
	废水治理（万元）		废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固体废物治理（万元）				绿化及生态（万元）		其他（万元）	
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力				年平均工作时间				
运营单位		深圳市龙岗中心医院				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		124403074558354773		验收时间		2024 年 11 月		
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水													
	化学需氧量													
	氨氮													
	石油类													
	废气													
	二氧化硫													
	烟尘													
	工业粉尘													
	氮氧化物													
	工业固体废物													
	与项目有关的其他特征污染物	工作人员职业照射										<5 mSv/a		
		公众照射										<0.25 mSv/a		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。