



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：深圳大学总医院

填表人（签字）：[Signature]

项目经办人（签字）：[Signature]

建设项目	项目名称	深圳大学总医院核技术应用改扩建项目				项目代码					建设地点	深圳市南山区桃源街道大学城学苑大道 1298 号			
	行业类别（分类管理名录）					建设性质	□新建 □改建 □扩建 □技术改造				项目厂区中心经度/纬度	113.982183 22.597354			
	设计生产能力	扩建项目位于深圳市南山区桃源街道大学城学苑大道 1098 号，项目内容包括：（一）在门诊医技楼一层放射科普通用房区域建设 1 间介入手术室，在该介入手术室内新增安装使用 1 台数字减影血管造影装置（最大管电压为 125 千伏、最大管电流为 1000 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。（二）将门诊医技楼四层内镜中心原有经内镜逆行性胆胰管造影装置机房（属 III 类射线装置机房，设备未安装）改建成 1 间介入手术室，并在该介入手术室内安装使用 1 台数字减影血管造影装置（最大管电压为 125 千伏、最大管电流为 1000 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。				实际生产能力	扩建项目位于深圳市南山区桃源街道大学城学苑大道 1298 号。本次实际建设内容包括：（一）在门诊医技楼一层放射科建设 1 间介入手术室 2，在该手术室内安装使用 1 台医用血管造影 X 射线机（最大管电压为 125 千伏、最大管电流为 1000 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。（二）在门诊医技楼四层消化内镜中心建设 1 间消化介入室，并在该手术室内安装使用 1 台医用血管造影 X 射线机（最大管电压为 125 千伏、最大管电流为 1000 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。				环评单位	核工业二七〇研究所			
	环评文件审批机关	广东省生态环境厅				审批文号	粤环市〔2020〕134 号				环评文件类型	报告表			
	开工日期	2020 年 10 月				竣工日期	2024 年 12 月				排污许可证申领时间				
	环保设施设计单位	山东省建筑设计研究院有限公司				环保设施施工单位	深圳市松立建设集团有限公司、广东润德特工程有限公司				本工程排污许可证编号				
	验收单位	深圳大学总医院				环保设施监测单位	深圳市润达检测技术有限公司				验收监测时工况	75kV、15.6mA/82.3kV、190.1mA			
	投资总概算（万元）	3000				环保投资总概算（万元）	350				所占比例（%）	11.6			
	实际总投资	2200				实际环保投资（万元）	120				所占比例（%）	14.55			
	废水治理（万元）	废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固体废物治理（万元）					绿化及生态（万元）	其他（万元）			
新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力					年平均工作时间					
运营单位	深圳大学总医院				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）	12440300MB2C1321XP				验收时间	2024 年 12 月				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水														
	化学需氧量														
	氨氮														
	石油类														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
工业固体废物															
与项目有关的其他特征污染物	工作人员职业照射										<5 mSv/a				
	公众照射										<0.25 mSv/a				

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。