

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：广州中医药大学深圳医院（福田）

填表人（签字）：余友松

项目经办人（签字）：余友松

建设项目	项目名称		核技术利用建设项目				项目代码		建设地点		深圳市福田区北环大道 6001 号				
	行业类别（分类管理名录）						建设性质		☐ 新建 ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度				
	设计生产能力		扩建项目位于深圳市福田区北环大道 6001 号。项目内容为：将住院楼一层西南侧的药房改建为 1 间介入手术室以及配套辅助用房，并在该介入手术室内新增安装使用 1 台数字减影血管造影装置（最大管电压 125 千伏，最大管电流 1250 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。				实际生产能力		扩建项目位于深圳市福田区北环大道 6001 号。项目内容为：将住院楼一层西南侧的药房改建为 1 间 DSA 机房以及配套辅助用房，并在该机房内新增安装使用 1 台医用血管造影 X 射线系统（最大管电压 125 千伏，最大管电流 1000 毫安，属 II 类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。		环评单位				
	环评文件审批机关		广东省生态环境厅				审批文号		粤环审（2020）78 号		环评文件类型				
	开工日期						竣工日期				排污许可证申领时间				
	环保设施设计单位						环保设施施工单位				本工程排污许可证编号				
	验收单位						环保设施监测单位		深圳市瑞达检测技术有限公司		验收监测时工况				
	投资总概算（万元）		1300				环保投资总概算（万元）		100		所占比例（%）				
	实际总投资		1248				实际环保投资（万元）		100		所占比例（%）				
	废水治理（万元）		废气治理（万元）		噪声治理（万元）		固体废物治理（万元）				绿化及生态（万元）				
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力				年平均工作时					
运营单位		广州中医药大学深圳医院（福田）				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				验收时间					
污染物排放与总量控制（工业建设项目详填）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水														
	化学需氧量														
	氨氮														
	石油类														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘														
	氮氧化物														
	工业固体废物														
	与项目有关的其他特征污染物		工作人员职业照射										<5 mSv/a		
			公众照射										<0.25 mSv/a		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升