

西门子（深圳）磁共振有限公司研发与生产基地三期 建设项目（医用 X 射线设备生产项目）竣工环境保护 验收意见

2021 年 8 月 19 日，西门子（深圳）磁共振有限公司（以下简称公司）根据《西门子（深圳）磁共振有限公司研发与生产基地三期建设项目（医用 X 射线设备生产项目）竣工环境保护验收监测报告表》（SZRDYS2021-007 号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目地址位于深圳市南山区高新区高新中二道西门子磁共振园。公司核技术应用项目内容为生产、研发使用 II 类射线装置(DSA)。

（二）建设过程及环保审批情况

2012 年 11 月，公司委托广东核力工程勘察院编写《核技术应用项目环境影响报告表》。

2013 年 4 月 1 日，该项目获得《广东省生态环境厅关于西门子（深圳）磁共振有限公司核技术应用项目环境影响报告表的批复》（粤环审〔2013〕74 号）。

2021 年 4 月 23 日，公司取得广东省生态环境厅核发的辐射安全许可证，许可种类和范围：生产、销售、使用 II 类射线装置。

本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）验收范围

公司研发使用的 II 类射线装置（DSA）。本项目相关射线装置见表 1。

表 1 设备信息

设备名称	生产厂家	设备型号	最高管电压	最高管电流	设备编号	数量	射线装置类别	使用地点
医用血管造影 X 射线机	西门子（深圳）磁共振有限公司	Artis 系列	125kV	1000mA	/	1	II	Bay28 房、 Bay29 房、 Bay30 房、 Bay31 房

二、工程变动情况

该项目核技术应用项目选址、机房布局与环境影响评价报告表基本一致，Bay30 和 Bay31 房布局与环评设计有轻微调整。

三、环境保护设施建设情况

该项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，设置了辐射安全管理机构，制定了安全防护和环境保护规章制度，建立了事故应急预案，申领了辐射安全许可证，落实了各项防护措施和辐射安全措施。

四、环境保护设施调试效果

根据监测结果显示可满足本项目的剂量管理目标值。辐射监测结果满足标准要求。

五、工程建设对环境的影响

公司研发使用的II类射线装置（DSA）调试机房周围剂量当量率监测结果满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）标准的要求。

公司辐射工作人员的受照剂量和公众的年估算受照剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）的要求。

七、验收结论

该项目落实了环境影响报告表及其批复的要求，符合环境保护验收条件，验收工作组一致同意该建设项目环境保护设施验收合格。

八、验收人员信息

本次验收工作组由如下成员组成：西门子（深圳）磁共振有限公司（建设单位）、深圳市瑞达检测技术有限公司（监测单位）、特邀专家3名（专家名单附后）。

西门子（深圳）磁共振有限公司

2021年8月19日

附件：

- 1、特邀专家名单
- 2、验收人员信息表

附件 1：特邀专家名单

姓 名	职 称	单 位
何韦川	高级工程师	深圳市核与辐射管理中心
问清华	主任医师	中广核辐射监测中心
朱志良	主任医师	深圳市宝安区疾病预防控制中心

附件 2

验收人员信息表

姓 名	职称/职务	单位	联系电话
何朝	主任	深圳市核管中心	13509618970
李	主任	中核核燃料公司深圳中心	18902318272
朱志文	主任	深圳市政府核安中心	13821085209