

名称	Enzyme Mix Dilution Buffer, 60ml		
货号	END-UD13-60ML	质检日期	2022.12.05
批号	R22120170	报告日期	2022.12.19
取样方式	成品抽检	储存条件	2-8℃（2月） -20℃（2年）
质验依据	企业标准 ZS-B-ZLBZ-TY文件	有效期至	2024.11.30
流程规范	依据ISO13485：2016制定的SOP流程文件进行		

成品检验结果

检验项目		企业标准	检测方式	检验结果
1	包装	包装完好，无破损、无漏液、批号无误。	目测	☒ 符合规定
2	外观	清澈液体，无沉淀，无悬浮物，无絮状。	目测	☒ 符合规定

质检结论

本品按企业标准检验，结果符合规定。



检验人

詹清清

复核人

王晨光