

产品质量检验报告单

名称	SYBR Green qPCR Master Mix		
货号	QST-100	质检日期	2022.11.01
批号	K22101810	报告日期	2022.11.03
取样方式	成品抽检	储存条件	2-8℃（6个月） -20℃（2年）
质验依据	企业标准	有效期至	2024.10.17（-20℃储存）
流程规范	依据 ISO13485:2016 制定的 SOP 流程文件进行		
成品检验结果			
检验项目	企业标准		检验结果
包装外观	清澈液体，无沉淀，无悬浮物，无絮状。 包装完好，无破损、无漏液、批号无误。		☑ 符合规定
内控品 扩增性能评价	扩增曲线正常，呈 S 形。		☑ 符合规定
	溶解曲线，单峰。		☑ 符合规定
	扩增效率 85%-115%，R ² 值大于 0.98		☑ 符合规定
	最低检测灵敏度达 50copies 以下		☑ 符合规定
	批间 Ct 值差异不显著，低于 0.5		☑ 符合规定
质检结论	本品按企业标准检验，结果符合规定。		
检验人	王佳慧	复核人	

