

名称	天罗一号荧光PCR仪（家庭科普版）		
货号	TOROHOME	质检日期	2023.01.17
序列号	ASQRM044230110000025 ASQRM044230110000075 ASQRM044230110000115	报告日期	2023.01.17
取样方式	全检	储存条件	室温
质验依据	企业标准 TL-ZLBZ-YQ-001文件		
流程规范	依据ISO13485:2016制定的SOP流程文件进行		

检验结果

检验项目		企业标准	检验结果
1	包装外观	包装完好，无破损，仪器序列号与包装序列号一致。	☒ 符合规定
2	程序设定	内置“新冠2019-nCoV”和“非瘟ASFV”程序。	☒ 符合规定
3	软件设定	升级为新版软件， <u>版本号为：1.7.2.7。</u>	☒ 符合规定
4	性能测试	内参测试扩增性能正常，曲线呈S型。	☒ 符合规定
5	程序记录	仪器测试历史记录删除完成。	☒ 符合规定

阶段	温度	时间	循环数	信号收集
逆转录	55℃	120S	1	否
预扩增	58℃	20S	5	否
	95℃	5S		否
PCR 扩增	97℃	5S	40	否
	60℃	25S		是 (VIC 和 ROX)
保温	40℃	5S	1	否

“新冠2019-nCoV”程序

阶段	温度	时间	循环数	信号收集
静置	50℃	300S	1	否
预变性	95℃	300S	1	否
PCR 扩增	95℃	15S	45	否
	60℃	30S		是 (VIC 和 ROX)
保温	40℃	5S	1	否

“非瘟ASFV”程序

质检结论	本品按企业标准检验，结果符合规定。 		
检验人	张帆	复核人	王磊