


名称		一次性使用病毒采样管		
货号		TPA-1611-96	质检日期	2023.01.09
批号		R22121650	报告日期	2023.01.09
取样方式		成品抽检	储存条件	2-8℃
质验依据		企业标准 ZS-B-ZLBZ-TY文件	有效期至	2024.12.15
流程规范		依据ISO13485：2016制定的SOP流程文件进行		
成品检验结果				
检验项目		企业标准	检测方式	检验结果
1	包装	包装完好，无破损、无漏液、批号无误。	目测	☒ 符合规定
2	外观	清澈液体，无沉淀，无悬浮物，无絮状。	目测	☒ 符合规定
3	数量	与入库清单数量一致。	计数	60
质检结论		本品按企业标准检验，结果符合规定。		
检验人			复核人	 