



名称	TOROIVD® ASFV-VP72 LH Primer&Probe Mix		
货号	TS-PPM-A06-LH	质检日期	2022.08.16
批号	TS20220816	报告日期	2022.08.17
取样方式	成品抽检	储存条件	2-8 ℃
质验依据	企业标准 ZS-B-ZLBZ-TY文件	有效期至	2023.08.15
流程规范	依据ISO13485：2016制定的SOP流程文件进行		
成品检验结果			
检验项目		企业标准	检测方式
检验结果			
1	包装	包装完好，无破损、无漏液、批号无误。	目测
2	性能	原始荧光信号Fn值在1700以上。	荧光定量PCR
3	数量	与入库清单数量一致。	计数
质检结论		本品按企业标准检验，结果符合规定。	
检验人	李以新	复核人	王强

