

福建省生态环境厅文件

闽环保监测〔2024〕3号

福建省生态环境厅关于公布 2023 年度社会化 环境检测机构能力考核结果的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局，省环境监测中心站、省驻各市（区）环境监测中心站，省环境监测行业协会、有关社会化环境检测机构：

为贯彻落实《关于深化生态环境监测机构垂改若干问题的意见（试行）》（闽环发〔2022〕14号），进一步提高生态环境监测数据质量，我厅组织开展了2023年度全省社会化环境检测机构能力考核工作。现将有关情况公布如下。

一、总体情况

本次社会化环境检测机构能力考核由省环境监测行业协会负责具体组织实施，省环境监测中心站予以技术指导，考核项目为水中总磷、水中汞、土壤 pH 和废气中一氧化氮等 4 个项目，共有 96 家社会化环境检测机构参与，其中：2022 年以来承接生态环境部门委托监测业务的 80 家检测机构按要求参加（厦门科仪检测技术有限公司因监测资质注销未参加考核），另有 16 家检测机构自愿参加。为客观反映检测机构的日常监测质量管理情况，此次对考核结果为“不满意”或“有问题”的单位不组织补测。

二、核验结果

96 家社会化环境检测机构共参与 341 项次能力考核（水中总磷 95 项次、水中汞 91 项次、土壤 pH 80 项次、废气中一氧化氮 75 项次），考核结果 301 项次为“满意”（满意率为 88.3%），16 项次为“有问题”，24 项次为“不满意”。其中，80 家按要求参加的检测机构共参与 296 项次能力考核，264 项次为“满意”（满意率为 89.2%），11 项次为“有问题”，21 项次为“不满意”。

三、有关要求

本次能力考核结果表明，我省大部分社会化环境检测机构能满足相应项目的检测能力要求，但也有部分检测机构考核结

果为“不满意”或“有问题”。对于有关项目未取得“满意”结果的社会化环境检测机构，要认真分析原因，加强人员培训，参照能力考核要求自行开展整改，进一步提升检测技术水平。

本年度相关项目能力考核结果，供我省生态环境部门、排污企业及有关机构（单位）购买检测技术服务参考。

附件：2023 年度福建省社会化环境检测机构能力考核项目
评价结果汇总表

福建省生态环境厅

2024 年 1 月 22 日

（此件主动公开）

附件

2023 年度福建省社会化环境检测机构 能力考核项目评价结果汇总表

序号	检测机构名称	水中总磷	水中汞	土壤 pH	废气中一氧化氮
1	福建立标低碳研究院有限公司	满意	满意	满意	满意
2	福建省华飞检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
3	漳州科全环境检测有限公司	满意	满意	满意	满意
4	福建省厚德检测技术有限公司	有问题	满意	满意	满意
5	福建省正基检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
6	福建省闽测检测技术服务有限公司	满意	满意	满意	满意
7	厦门谱尼测试有限公司	满意	满意	满意	满意
8	厦门鉴科检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
9	福建南环检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
10	福州市华测品标检测有限公司	满意	满意	满意	满意
11	福建科林检测技术有限公司	不满意	满意	满意	满意
12	福建省环安检测评价有限公司	有问题	满意	不满意	满意
13	博慧检测技术（厦门）有限公司	满意	满意	满意	满意
14	广电计量检测（福州）有限公司	满意	满意	满意	无资质
15	漳州绿宇生态环境监测有限公司	满意	满意	满意	有问题
16	漳州市科环检测技术有限公司	满意	不满意	满意	满意
17	中测通标（厦门）检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
18	厦门市华测检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
19	福建国环环境检测有限公司	满意	满意	满意	满意

序号	检测机构名称	水中总磷	水中汞	土壤 pH	废气中一氧化氮
20	福建省地质测试研究中心	满意	满意	满意	无资质
21	福建省永正生态科技有限公司	满意	满意	满意	不满意
22	福建省天证环境检测有限公司	满意	有问题	不满意	不满意
23	国科大（厦门）环境检测 研究院有限公司	满意	满意	满意	满意
24	健研检测集团有限公司	满意	满意	满意	满意
25	厦门市环产环境监测服务有限公司	满意	满意	满意	有问题
26	福建省本讯环境检测有限公司	满意	满意	满意	满意
27	福建闽晋蓝检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
28	福建省海峡环境检测有限公司	满意	满意	满意	满意
29	厦门威正检测技术有限公司	满意	不满意	满意	满意
30	福建省中孚检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
31	厦门通鉴检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
32	厦门华夏学苑检测有限公司	满意	满意	满意	满意
33	福建省卓越环境监测有限公司	满意	满意	满意	满意
34	厦门鹭测检测科技有限公司	满意	满意	满意	满意
35	福建中凯检测技术有限公司	满意	满意	满意	不满意
36	福建宏其检测科技有限责任公司	满意	满意	满意	满意
37	中国建材检验认证集团 厦门宏业有限公司	满意	满意	满意	不满意
38	福建省鑫龙安检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
39	厦门金雀检测技术有限公司	满意	有问题	满意	满意
40	福建省旭辰检测技术有限公司	满意	有问题	满意	满意
41	福建拓普检测技术有限公司	满意	不满意	满意	满意
42	厦门市翰均科检测科技有限公司	满意	满意	不满意	满意

序号	检测机构名称	水中总磷	水中汞	土壤 pH	废气中一氧化氮
43	福建省劲安节能监测技术股份有限公司	满意	满意	满意	满意
44	福建正源环境检测集团有限公司	满意	满意	满意	不满意
45	福建省华研环境检测有限公司	满意	满意	不满意	满意
46	福建九五检测技术服务有限公司	满意	不满意	满意	不满意
47	福建省东海检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
48	福建晟立检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
49	南平科众检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
50	一品一码检测（福建）有限公司	满意	满意	满意	满意
51	福建南方检测有限公司	满意	满意	满意	无资质
52	福建汇顺检测集团有限公司	满意	满意	满意	满意
53	福建创投环境检测有限公司	满意	满意	满意	满意
54	南平兴利环境检测有限公司	满意	有问题	满意	满意
55	福建省闽环试验检测有限公司	满意	满意	满意	无资质
56	福建锦科检测技术有限公司	满意	满意	满意	不满意
57	龙岩龙津环境检测有限公司	满意	满意	满意	无资质
58	福建省格瑞恩检测科技有限公司	满意	满意	满意	有问题
59	宏测（厦门）检测技术有限公司	有问题	满意	满意	满意
60	福建荣华检测检验有限公司	满意	满意	满意	满意
61	福建华麒检测技术有限公司	有问题	满意	满意	满意
62	科瑞检测（福建）有限公司	满意	满意	满意	满意
63	福建融诚检测技术股份有限公司	满意	满意	满意	满意
64	福建中检矿产品检验检测有限公司	满意	满意	满意	无资质
65	福建省海博检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
66	福州中一检测科技有限公司	满意	满意	满意	满意

序号	检测机构名称	水中总磷	水中汞	土壤 pH	废气中一氧化氮
67	福建省莆阳检测有限公司	满意	满意	不满意	满意
68	福建文章检测技术有限公司	满意	不满意	满意	满意
69	南院（福建）环保检测有限公司	满意	满意	满意	满意
70	福建安格思安全环保技术有限公司	满意	满意	无资质	满意
71	厦门市政南方海洋检测有限公司	满意	满意	免测	满意
72	福建天安环境检测评价有限公司	满意	满意	无资质	满意
73	漳州莲环环境检测有限公司	满意	满意	无资质	满意
74	漳州市予恒环境保护监测有限公司	满意	不满意	无资质	满意
75	泉州台商投资区环境质量检测有限公司	满意	满意	无资质	无资质
76	福建省创新环境检测有限公司	不满意	不满意	无资质	满意
77	一川（福建）环保有限公司	满意	满意	无资质	无资质
78	福建科化检测技术有限公司	满意	满意	无资质	满意
79	福建省富翔环境检测有限公司	满意	无资质	无资质	无资质
80	泉州市蔚蓝环境检测有限公司	机构注销未上报结果			
81	通标标准技术服务有限公司厦门分公司	满意	满意	满意	不参加
82	厦门昱润环保科技有限公司	满意	满意	满意	不参加
83	福建益准检测技术有限公司	满意	满意	满意	满意
84	福建合赢职业卫生评价有限公司	满意	满意	满意	有问题
85	福建中科环境检测技术有限公司	满意	有问题	满意	满意
86	福建省中芯环境检测有限公司	满意	满意	满意	不参加
87	闽西职业技术学院	有问题	不满意	满意	满意
88	中科广化检测技术服务 （福建）有限公司	满意	满意	满意	不参加
89	福建绿家检测技术有限公司	满意	满意	满意	不参加
90	福建中检创信检测技术有限公司	满意	不参加	满意	不参加

序号	检测机构名称	水中总磷	水中汞	土壤 pH	废气中一氧化氮
91	福建中海圣电科技有限公司	满意	不参加	满意	不参加
92	泉州安嘉环境检测有限公司	有问题	满意	不参加	不参加
93	福建新自然环境检测有限公司	满意	满意	不参加	不参加
94	泉州市安科职业卫生技术服务有限公司	有问题	不满意	不参加	满意
95	福建省臻美环保科技有限公司	满意	不满意	不参加	不参加
96	泉州普洛赛斯检测股份有限公司	满意	不参加	不参加	不参加

- 注：**1. 本次能力考核采用 z 比分数作为评价实验室能力的技术参数，z 比分数是由能力验证的指定值和能力评定标准差计算的实验室偏倚的标准化度量。 $|z| \leq 2$ 为“满意”结果； $2 < |z| < 3$ 为“有问题”结果， $|z| \geq 3$ 为“不满意”结果。
2. 厦门市政南方海洋检测有限公司参加了国家环境分析测试中心 2022 年组织的土壤中 PH 值测定能力验证，评价结果为“满意”。
3. “不参加”表示该自愿参加的检测机构未参加相关项目能力考核。
4. 检测机构排序不分先后。

福建省生态环境厅办公室

2024 年 1 月 23 日印发
