

产品检验报告单

报告单编号：C-25-008

文件编号：YFB-JL-111/02

品 名	一次性使用病毒采样管	产品型号	WF2203
产品批号	2203250409	包装规格	50 支/盒
批量	10000 支	生产日期	2025 年 04 月 09 日
规格	溶液装量 3.0ml	检验日期	2025 年 04 月 09 日
检品数量	30 支	报告日期	2025 年 04 月 11 日
来源	新疆禹孚生物技术股份有限公司	有效期至	2027 年 04 月 08 日
检验依据	一次性使用病毒采样管产品技术要求（新乌械备 20200017 号）		
检验项目	检验标准		检验结果
外观	保存液：无色透明或粉红色液		符合规定
装量差异	应不低于标示量。		符合规定
PH 值	允许在 7.0-8.0 之间。		7.8
结论： 根据公司一次性使用病毒采样管产品技术要求检验，结果符合规定			

检验人：王晶

复核人：张涛

负责人：朱伟